

Oznakowanie opakowania bezpośredniego (butla)

TLEN MEDYCZNY SPAWMET **(Oxygenium) 99,5 % gaz do inhalacji**

Skład: substancja czynna - tlen sprężony gaz do inhalacji, nie mniej niż 99,5 % w objętości, bez substancji pomocniczych.

Pojemność butli: od 0,4 l do 150,0 l.

Wskazania: wszystkie postacie niedotlenienia.

Sposób stosowania i droga podania: wziewna w stężeniu od 21 % do 100 % zgodnie z zaleceniami lekarza.

Kategoria dostępności: produkt leczniczy stosowany w lecznictwie zamkniętym (Lz).

Warunki przechowywania: butle spełniające wymagania Urzędu Dozoru Technicznego, przechowywać w wentylowanym miejscu w pozycji pionowej, zabezpieczyć przed przewróceniem, chronić przed nagrzaniem, źródłami ciepła, gazami palnymi i innymi substancjami palnymi.

Przechowywać w temperaturze do + 50 °C.

Chronić zawory i reduktory przed zabrudzeniem tłuszczami lub smarami.

Podczas odbioru butli z tlenem medycznym sprawdzić trwałość folii termokurczliwej zabezpieczającej zawór, w przypadku uszkodzenia lub braku folii odmówić przyjęcia.

W przypadku reklamacji należy:

- podać numer butli i serii,
- określić przyczynę i zakres reklamacji,
- oznaczyć butlę,

Reklamacja dotycząca objętości napełnienia butli będzie uwzględniona wyłącznie w przypadku nie naruszenia folii termokurczliwej.

Przed użyciem butla musi być umieszczona w temp. 20°C przynajmniej przez 6 godz.

Przed nałożeniem złączki gwintowej należy na krótko otworzyć zawór w celu usunięcia ewentualnych cząstek pyłu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

SPAWMET Spółka z o.o.

ul. Zakładowa 8, 89-600 Chojnice

Pozwolenie Nr: 9901

Nr serii: *na głowicy butli*

Kod kreskowy: 5909991235659

Termin ważności: *na głowicy butli*

Oznakowanie opakowania bezpośredniego (wiązka)

TLEN MEDYCZNY SPAWMET

(Oxygenium) 99,5 % gaz do inhalacji

Skład: substancja czynna - tlen sprężony gaz do inhalacji, nie mniej niż 99,5 % w objętości, bez substancji pomocniczych.

Pojemność: 12 butli x 50,0 l.

Wskazania: wszystkie postacie niedotlenienia.

Sposób stosowania i droga podania: wziewna w stężeniu od 21% do 100% zgodnie z zaleceniami lekarza.

Kategoria dostępności: produkt leczniczy stosowany w lecznictwie zamkniętym (Lz).

Warunki przechowywania: wiązka butli spełniająca wymagania Urzędu Dozoru Technicznego, przechowywać w wentylowanym miejscu w pozycji pionowej, chronić przed nagrzaniem, źródłami ciepła, gazami palnymi i innymi substancjami palnymi.

Przechowywać w temperaturze do + 50 °C.

Chronić zawory i reduktory przed zabrudzeniem tłuszczami lub smarami.

Podczas odbioru wiązki butli z tlenem medycznym sprawdzić trwałość folii termokurczliwej zabezpieczającej zawory, w przypadku uszkodzenia lub braku folii odmówić przyjęcia.

W przypadku reklamacji należy:

- podać numer wiązki butli i serii,
- określić przyczynę i zakres reklamacji,
- oznaczyć butlę,

Reklamacja dotycząca objętości napełnienia wiązki będzie uwzględniona wyłącznie w przypadku nie naruszenia folii termokurczliwej.

Przed użyciem wiązka musi być umieszczona w temp. 20°C przynajmniej przez 6 godz.

Przed nałożeniem złączki gwintowej należy na krótko otworzyć zawór w celu usunięcia ewentualnych cząstek pyłu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

SPAWMET Spółka z o.o.
ul. Zakładowa 8, 89-600 Chojnice

Pozwolenie Nr: 9901

Nr serii: *na głowicy butli*

Kod kreskowy: 5909991235697

Termin ważności: *na głowicy butli*

Oznakowanie opakowania bezpośredniego (zbiornik kriogeniczny)

TLEN MEDYCZNY SPAWMET (Oxygenium) 99,5 % gaz do inhalacji

Skład: substancja czynna - tlen skroplony gaz do inhalacji, nie mniej niż 99,5 % w objętości, bez substancji pomocniczych.

Pojemność zbiornika ciśnieniowego: od 50 kg do 70 ton.

Wskazania: wszystkie postacie niedotlenienia.

Sposób stosowania i droga podania: wziewna w stężeniu od 21 % do 100 %
zgodnie z zaleceniami lekarza.

Kategoria dostępności: produkt leczniczy stosowany w lecznictwie zamkniętym (Lz).

Warunki przechowywania: zbiorniki ciśnieniowe spełniające wymagania Urzędu Dozoru Technicznego, należy chronić przed źródłami ciepła.

Chronić zawory i reduktory przed zabrudzeniem tłuszczami lub smarami.

W przypadku reklamacji należy:

- podać numer zbiornika ciśnieniowego i serii,
- określić przyczynę i zakres reklamacji,
- oznaczyć zbiornik ciśnieniowy.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

SPAWMET Spółka z o.o.
ul. Zakładowa 8, 89-600 Chojnice

Pozwolenie Nr: 9901

Nr serii:

Kod kreskowy: 5909991235703

Termin ważności: